

## 检验报告

### Certification of Analysis

产品名称: M6200T Bis-Acr 制胶试剂 (JC)

分子式:  $C_7H_{10}N_2O_2$ 

分子量: 154.17

CAS 号: 110-26-9

用途: 仅供科研

日期: 2024-03-18

分析项目 Items of analysis	质量指标 Specification	实测结果 Results
含量	$\geq 99.0\%$	99.01%
水不溶物	$\leq 0.5\%$	0.41%
硫酸盐	$\leq 0.5\%$	0.45%
结论 Conclusion	本产品符合标准 The quality reaches the standard	

