

## 检验报告

### Product Test Report

产品名称(货号+名称)	Top0032S 1×PBS 缓冲液(0.01mol/L, PH7.2-7.4, 无钙镁, 无菌)		
产品批号	2024/09	生产日期	2024/09
规格型号	500 mL/瓶		
储存条件	常温	有效期	2年
检验依据:《产品质量检验标准》			
检验项目			
检验指标	检验标准	检验结果	判定
产品外观	本产品为无色澄清透明液体	无色澄清透明液体	合格
pH	pH:7.3-7.5	7.36	合格
渗透压	280-315 mOsm/kg	287mOsm/kg	合格
无酶	无 DNase, RNase: 无蛋白酶	未检出	合格
无菌检验	阴性	阴性	合格
内毒素检验	<0.01 EU/mL	<0.01 EU/mL	合格
检验结果:可根据《产品质量检验标准》中检验项目进行检验,所有检验项目均符合要求,因此此批产品检验合格,可入库发货。			

检验员:刘梅

复核员:刘兵

